

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 15.07.2022

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Cardiac Marker (760):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

CK-MB (Aktivität)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, 01.08.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 15.07.2022

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Cardiac Marker (760):

CK-MB (Aktivität)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
3490
Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige
Zum Gewerbepark 9
44532 Lünen

Düsseldorf, 01.08.2022



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

3490: Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige

Ringversuch vom 15.07.2022

Ringversuchsleiter:

Prof. Dr. med. Hannsjörg Baum

Institut für Laboratoriumsmedizin und
Transfusionsmedizin
Regionale Kliniken Holding RKH GmbH
Posilipostraße 4
71640 Ludwigsburg

Tel.: +49 7141 99 65800/01

Fax: +49 7141 99 65819

Mail: hannsjoerg.baum@rkh-kliniken.de

760

Cardiac Marker

Analyt	Probe	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abweichung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
CK-MB (Aktivität)	41	U/l	21.2	19.7	SW	12.6	26.8	7.6%	0,725	+	
	42		31.6	33.3	SW	21.3	45.3	-5.1%	-0,48	+	

Analyt	Probe	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungsfaktor	Methode	Hersteller	Gerät
CK-MB (Aktivität)	41	U/l	21.2	1.00	244	RO	RO71
	42		31.6	1.00			



Individuelle Gesamtübersicht

3490: Laborgemeinschaft
Westfalen-Lippe
Frau Lohaus-Teige

Ringversuch vom 15.07.2022

760

Cardiac Marker

CK-MB (Aktivität) (U/l, N = 203)

Kollektiv	Probe	Zielwert	Bewertungs- bereich	Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
				MW	VK	Anz.	Probe	ges.
Abbott	41	25.7	16.4 - 35.0	25.7	18.0	15	100	100
	42	42.2	27.0 - 57.4	42.2	16.5	15	100	100
Siemens (Dade Behring)	41	21.5	13.8 - 29.2	21.5	14.5	23	95.7	95.7
	42	36.5	23.4 - 49.6	36.5	14.5	23	100	100
Beckmann / Olympus	41	20.3	13.0 - 27.6	20.3	12.8	17	100	100
	42	33.9	21.7 - 46.1	33.9	12.0	17	100	100
Roche	41	19.7	12.6 - 26.8	19.7	10.5	123	100	100
	42	33.3	21.3 - 45.3	33.3	10.6	123	100	100
andere Hersteller	41	20.4	13.1 - 27.7	20.4	20.0	25	88.0	84.0
	42	34.0	21.8 - 46.2	34.0	22.2	25	92.0	84.0

Bestehensquote: 97,5%

